SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Số:3225/BVĐKĐG-VTTB

V/v: Mua máy sinh hiển vi khám mắt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua máy sinh hiển vi khám mắt tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang;

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.
2. Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá: Phòng Vật tư thiết bị - ĐT 0243.8711751
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

   Bằng hình thức online qua website muasamcong.mpi.gov.vn (Gửi kèm bản mềm định dạng excel vào địa chỉ email: vttbytducgiang@gmail.com)
4. Lịnh kiện thay thế chính hãng theo đúng yêu cầu và tương thích với hệ thống đang hoạt động tại bệnh viện.
5. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 11 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 03 tháng 12 năm 2026.

   Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2026).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về cấu hình kỹ thuật
1	**Máy sinh hiểm vi khám mắt**	Máy	01	I Cấu hình chính bao gồm: - Máy sinh hiển vi khám mắt hoàn chỉnh: 01 hệ thống - Bàn điện có trụ đỡ và giá đỡ cằm tích hợp: 01 bộ - Bộ cấp nguồn chính hãng: 01 bộ

				- Dây nguồn: 01 chiếc - Bao phủ chống bụi: 01 chiếc - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Bộ dụng cụ tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ Thông số kỹ thuật máy sinh hiển vi khám II. Phần kính hiển vi - Kính hiển vi soi nổi kiểu Galilean (Galilean stereoscopic microscope). - Thay đổi độ phóng đại bằng trống xoay. - Độ phóng đại: tối thiểu 2 mức: 10x, 16x - Thị kính: 12,5x. - Có thể điều chỉnh được vật kính người nhìn tương ứng với khoảng cách đồng tử tối thiểu từ ≤. 49 mm đến ≥ 78 mm. - Có thể điều chỉnh vật kính cho người nhìn ít nhất từ ≥ +5D đến ≤ -5D. III. Hệ thống chiếu sáng - Nguồn sáng LED - Điều chỉnh chiều rộng khe sáng liên tục, khoảng điều chỉnh tối thiểu từ 0 – ≥ 12 mm. - Chiều cao khe sáng điều chỉnh liên tục từ 0 - ≥ 12mm - Khe sáng có thể xoay 0–180°. - Bộ lọc gồm tối thiểu : Lọc xanh cobalt, lọc đỏ (red-free), hấp thụ nhiệt, mật độ trung tính. IV. Phần thân máy - Di chuyển ngang: ≥ 109 mm. - Di chuyển trước sau: ≥ 80 mm. - Di chuyển lên xuống: ≥ 30 mm. V. Phần tỳ cằm - Giá đỡ cằm: có thể điều chỉnh chiều cao giá đỡ cằm ≥ 80 mm. - Đèn tiêu LED màu đỏ. - Có thanh tỳ trán giúp cố định đầu

				bệnh nhân. VI. Thông số điện - Điện áp sử dụng: • 110–220 VAC • 50/60 Hz - Công suất tiêu thụ ≤ 20 VA VII. Bàn điện - Bàn chuyên dụng để gắn cùng máy sinh hiển vi - Có thể điều chỉnh lên xuống tối thiểu 20cm bằng bộ phận điều khiển gắn cùng bàn điện VIII. Yêu cầu khác - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. - Thời gian cung cấp: ≤ 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Nhà cung cấp có trách nhiệm: + Lắp đặt, chạy thử thiết bị. + Hiệu chuẩn trước khi bàn giao. + Hướng dẫn vận hành cho người sử dụng. + Hướng dẫn bảo trì cơ bản. - Có cam kết bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành. - Có cam kết cung cấp linh kiện, phụ tùng thay thế tối thiểu 05 năm. - Có giấy phép bán hàng hoặc giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc tài liệu có giá trị tương đương. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam - Thiết bị đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam - Có báo giá dịch vụ bảo trì và phụ tùng thay thế bằng Việt Nam đồng - Hàng mới 100%.Sản xuất năm 2026 trở đi

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa Đức Giang - Số 54 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng , TP Hà Nội.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng:30 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: sau khi thực hiện hợp đồng và đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Đỗ Đình Tùng