

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị y tế. Với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đức Giang
  - Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
  - Điện thoại: 024 38711751
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Đ/c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB,
  - ĐT: 0914864168
  - Email: [cuongvu.ducgiang@gmail.com](mailto:cuongvu.ducgiang@gmail.com)
- Cách thức nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại bộ phận văn thư Bệnh viện hoặc Phòng vật tư thiết bị
  - + Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
  - + Điện thoại: 024 38711751
  - Nhận qua email: [cuongvu.ducgiang@gmail.com](mailto:cuongvu.ducgiang@gmail.com)
- Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 08 tháng 10 năm 2024 đến trước 17 h ngày 18 tháng 10 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2024

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Phụ lục 1: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

#### 1. Danh mục hàng hóa

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật
I	Dịch vụ sửa chữa nguồn sáng hệ thống nội soi phẫu thuật. Hãng, nước sx: Karl Storz/ Đức	Cái	01	- Sửa chữa bo mạch nguồn - Vệ sinh căn chỉnh lại nguồn sáng
II	Dịch vụ sửa chữa màn hình hệ thống soi khí quản ống mềm video. Hãng, nước sx: Fujifilm Corporation/ Nhật Bản	Cái	01	- Sửa bo nguồn màn hình - Sửa tấm nền màn hình
III	Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng kính hiển vi Olympus BX43 kèm camera	Cái	01	- Kiểm tra lại toàn bộ tình trạng của các vật kính, thị kính, hộp tụ quang, đầu quan sát, và các thấu kính cố định nằm trong thân kính.



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lau lại toàn bộ vật kính, thị kính, hộp tụ quang.</li> <li>- Lau lại các thấu kính của đầu quan sát</li> <li>- Chỉnh lại tâm hộp tụ quang so với trục sáng của kính.</li> <li>- Chỉnh lại tâm nguồn đèn.</li> <li>- Vệ sinh lại toàn bộ thân kính.</li> </ul>
IV	<b>Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng kính hiển vi 2 người quan sát Olympus BX43</b>	Cái	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra lại toàn bộ tình trạng của các vật kính, thị kính, hộp tụ quang, đầu quan sát, và các thấu kính cố định nằm trong thân kính.</li> <li>- Lau lại toàn bộ vật kính, thị kính, hộp tụ quang.</li> <li>- Lau lại các thấu kính của đầu quan sát</li> <li>- Chỉnh lại tâm hộp tụ quang so với trục sáng của kính.</li> <li>- Chỉnh lại tâm nguồn đèn.</li> <li>- Vệ sinh lại toàn bộ thân kính</li> </ul>

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản tại Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang
3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤30 ngày
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện đầy đủ hợp đồng và hồ sơ hợp lệ
5. Các thông tin khác (nếu có): Tương thích với thiết bị của bệnh viện. Bảo hành ≥6 tháng. Sau bảo dưỡng, sửa chữa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.



**Nguyễn Văn Thường**