

V/v : Mời chào giá trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm các thiết bị y tế mua sắm năm 2023 đợt 2 với nội dung cụ thể như sau :

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Đặng Thị Lan Phương – Phòng Vật tư thiết bị - ĐT : 0985.741.404
- Báo giá được tiếp nhận theo hình thức sau :
 - Nhận tại địa chỉ: Văn thư Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội (và bản scan qua Email: vtbbytducgiang@gmail.com)
- Thời gian tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 15 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h ngày 25 tháng 10 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày (Ghi cụ thể số ngày và ≥ 90 ngày kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá :

- Danh mục thiết bị đầu tư (có Phụ lục cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu kèm theo)**

STT	Danh mục thiết bị	ĐVT	SL
1	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng	Máy	2
2	Máy tán sỏi thận laser $\geq 100W$	Máy	1

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTTB.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thường

15/11/2011

Mẫu báo giá

Tên công ty báo giá

(Địa chỉ, MST, Họ tên người báo giá, Số ĐT liên hệ)

BÁO GIÁ

Kính gửi :{ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá }

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau :

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Xuất xứ ⁽⁵⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁶⁾	Đơn giá ⁽⁷⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁸⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽⁹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹⁰⁾ (VND)	Giá trúng thầu gần nhất kể từ T8/2023 đến nay (nếu có) ⁽¹¹⁾
1	Thiết bị A						Đã bao gồm	Đã bao gồm		
2	Thiết bị B						Đã bao gồm	Đã bao gồm		
n	...									

(Có kèm theo bảng đáp ứng và các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Công ty chào giá kèm theo bảng đáp ứng với đầy đủ thông tin yêu cầu trong Phụ lục kèm theo.
- Bệnh viện đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa công ty chào dựa trên cơ sở Bảng kê khai thông số kỹ thuật - do công ty tự kê khai – tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung do công ty tự kê khai. Trường hợp cần thiết Bệnh viện sẽ yêu cầu làm rõ, công ty phải cung cấp tài liệu để chứng minh.
- Yêu cầu kỹ thuật nêu trong Phụ lục kèm theo là các thông số yêu cầu tham khảo cơ bản để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm. Công ty có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.
- Trường hợp hàng hóa công ty chào không đáp ứng đầy đủ các thông số yêu cầu, Bệnh viện đề nghị công ty vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của công ty. Nếu (các) yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính năng, công dụng của hàng hóa, Bệnh viện sẽ chấp thuận báo giá của công ty và điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật yêu cầu tương ứng để phù hợp với thực tế hàng hóa trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.
- Công ty cung cấp kèm theo Báo giá (các) kết quả trúng thầu gần nhất trong vòng 360 ngày (nếu có) của (các) trang trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Bệnh viện.
- Trường hợp công ty có nhiều thiết bị, nhiều model cùng đáp ứng với nhiều mức giá khác nhau thì công ty làm cho mỗi thiết bị, mỗi model một bảng đáp ứng kỹ thuật, báo giá mỗi model riêng biệt.

Phụ lục cấu hình, thông số kỹ thuật yêu cầu
(Kèm theo thư mời báo giá số /VTTB-BVĐKĐG ngày tháng năm 2024)

1. Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

STT	Nội dung yêu cầu tối thiểu	Nội dung đáp ứng	Tham chiếu trang...
I	Yêu cầu chung:		
	- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.		
	- Chất lượng mới 100%.		
	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương		
	- Có chứng chỉ CE hoặc tương đương		
	- Máy chính xuất xứ G7		
	- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam		
II	Yêu cầu cấu hình		
	- Máy chính: 01 chiếc		
	- Đầu dò theo dõi tim thai: 02 chiếc		
	- Đầu dò theo dõi con co tử cung: 01 chiếc		
	- Thất lưng cố định đầu dò: 03 chiếc		
	- Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 chiếc		
	- Giấy in: 02 cuộn		
	- Lọ Gel: 01 lọ		
	- Xe đẩy máy: 01 chiếc		
	- Dây nguồn, dây nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác		
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ		
III	Chỉ tiêu kỹ thuật		
	- Dùng để theo dõi không xâm lấn: nhịp tim thai, con co tử cung, nhịp mạch sản phụ, chuyển động thai nhi		
	- Có màn hình hiển thị LCD $\geq 6,5$ inches		

	- Màn hình hiển thị bằng dạng sóng hoặc số, tự động điều chỉnh theo dõi đơn hoặc cặp sinh đôi		
	- Tích hợp máy in nhiệt		
	- Số kênh đo siêu âm Doppler: ≥ 2 kênh		
	- Dải đo nhịp tim thai nhi $\leq 50 - \geq 240$ bpm		
	- Có chức năng đo chuyển động của thai nhi		
	- Có chức năng đo cơn co tử cung		
	- Có chức năng theo dõi thai đôi		
	- Có khả năng nâng cấp thai ba (phát hiện thai thứ 3)		
IV	Yêu cầu khác		
	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;		
	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;		
	- Có ủy quyền của nhà sản xuất		
	- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng		
	- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.		
	- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng		

2. Máy tán sỏi thận laser $\geq 100W$

STT	Nội dung yêu cầu tối thiểu	Nội dung đáp ứng	Tham chiếu trang...
I	Yêu cầu chung		
	- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.		
	- Chất lượng mới 100%.		
	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương		
	- Đạt chứng chỉ CE hoặc tương đương		
	- Hệ thống máy chính, ống kính soi thận (Bộ dụng cụ tán sỏi laser qua da đường hầm nhỏ), ống soi niệu quản bể thận loại bán cứng (Bộ dụng cụ tán sỏi laser ngược dòng), máy tưới dịch chuyên dụng có xuất xứ nhóm nước G7		
	- Nguồn điện sử dụng: 1 pha 220V/50Hz hoặc 3 pha 380V/50Hz ($\pm \leq 10\%$)		
	- Môi trường hoạt động phù hợp với điều kiện Việt Nam		
II	Yêu cầu cấu hình		
	- Máy chính: 01 bộ		
	- Bàn đạp điều khiển: 01 chiếc		
	- Kính bảo vệ: 01 chiếc		
	- Bộ dây dẫn laser dùng nhiều lần: 1 dây mỗi loại (tổng 3 dây)		
	- Bộ dụng cụ cắt, bóc dây laser: 01 bộ		
	- Dây, cáp nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác		
	- Bộ dụng cụ tán sỏi laser qua da đường hầm nhỏ: 01 bộ		
	- Bộ dụng cụ tán sỏi laser ngược dòng: 01 bộ		
	- Máy tưới dịch chuyên dụng: 01 chiếc		

	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ		
III	Chỉ tiêu kỹ thuật		
	Máy chính		
	- Màn hình cảm ứng kích cỡ ≥ 10 inches		
	- Hệ thống laser Thulium hoặc Holmium		
	- Bước sóng: cố định, trong dải 2000 - 2100 nm		
	- Công suất tối đa ≥ 100 W		
	- Năng lượng xung mạch tối đa ≥ 2500 mJ		
	- Tần số phát xung ≥ 75 Hz		
	- Thời gian xung động của nhịp $\leq 150 - \geq 1100$ μ s		
	- Tia dẫn đường: 520 - 550 nm		
	- Có cơ chế làm mát: làm mát trong bình tuần hoàn nước		
	Bộ dây dẫn laser		
	- Dây dẫn tia ≤ 270 đến 399 μ m		
	- Dây dẫn tia 400 đến 599 μ m		
	- Dây dẫn tia ≥ 800 μ m		
	Các chức năng điều trị		
	- Chức năng tán bụi		
	- Chức năng tán mảnh giảm chuyển động sỏi		
	- Chức năng tán mảnh tiêu chuẩn		
	- Chức năng bóc nhân u tiền liệt tuyến		
	- Chức năng cắt, cầm máu mô mềm		
	- Điều trị tăng sản tiền liệt tuyến (BPH)		

	- Điều trị hẹp niệu đạo		
	- Rạch cổ bàng quang (BNI)		
	Bộ dụng cụ tán sỏi laser qua da đường hầm nhỏ (mini-PCNL)		
	- Bộ ống kính soi thận, đường kính ngoài 11 - 14 Fr, đường kính làm việc 6 -7 Fr, chiều dài làm việc ≥ 22 cm kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn gồm các bộ dụng cụ hỗ trợ, khóa hoặc nắp, khay tiệt trùng: 01 bộ		
	- Dây dẫn sáng phù hợp: 01 chiếc		
	- Vật tư tán sỏi qua đường hầm nhỏ dùng 1 lần gồm:		
	+ Bộ vật tư nong thận gồm tối thiểu kim chọc dò thận, bộ nong, que nong, kèm vỏ, dây dẫn hướng và các vật tư phụ trợ khác: 04 bộ		
	+ Bộ khăn mổ lấy thận: 04 bộ		
	+ Ống thông niệu quản: 04 bộ		
	- Kim gấp sỏi: 01 chiếc		
	- Kim gấp sỏi có răng: 01 chiếc		
	- Kéo: 01 chiếc		
	- Chổi rửa: 10 chiếc		
	- Phụ kiện tiêu chuẩn khác nếu có		
	<i>Bộ dụng cụ tán sỏi laser ngược dòng (endoscopic laser lithotripsy)</i>		
	- Bộ ống nội soi niệu quản - bể thận loại bán cứng gồm ống nội soi và phụ kiện tiêu chuẩn, chiều dài làm việc ≥ 40 cm, đường kính làm việc ≥ 5 Fr, đường kính ngoài trong khoảng 8 - 12 Fr: 01 bộ		
	- Bộ nội soi niệu quản - bể thận loại mềm dùng 1 lần gồm ống nội soi và phụ kiện tiêu chuẩn, chiều dài làm việc ≥ 70 cm, đường kính làm việc $\geq 3,6$ Fr, đường kính ngoài trong khoảng $\geq 8,4$ Fr loại dùng 1 lần: 5 bộ		

	- Bộ xử lý hình ảnh phù hợp với Bộ nội soi niệu quản - bề mặt loại mềm dùng 1 lần, có màn hình hiển thị, có chức năng hiển thị hình ảnh: 01 bộ		
	- Dây dẫn sáng phù hợp với ống: 01 bộ		
	- Kẹp gấp sỏi phù hợp với ống: 01 chiếc		
	- Ống thông niệu quản: 04 bộ		
	- Phụ kiện tiêu chuẩn khác		
	Máy tưới dịch chuyên dụng		
	- Lưu lượng hút tối đa ≥ 1000 ml/p		
IV	Yêu cầu khác		
	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;		
	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;		
	- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng		
	- Các dụng cụ phải tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi hiện tại của Bệnh viện		
	- Phần mềm, ứng dụng trong hệ thống phải có bản quyền trọn vòng đời sản phẩm hoặc nhà thầu phải cam kết gia hạn sử dụng phần mềm, cập nhật phần mềm đáp ứng yêu cầu sử dụng trong toàn bộ vòng đời sản phẩm		
	- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 10 năm kể từ ngày bàn giao.		
	- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng		