

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm các thiết bị y tế mua sắm năm 2023 đợt 2 với nội dung cụ thể như sau :

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Đặng Thị Lan Phương – Phòng Vật tư thiết bị - ĐT : 0985.741.404
- Báo giá được tiếp nhận theo hình thức sau :
 - Nhận tại địa chỉ: Văn thư Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội (và bản scan qua Email: vttbytducgiang@gmail.com)
- Thời gian tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 17 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h ngày 27 tháng 10 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ngày (Ghi cụ thể số ngày và ≥ 90 ngày kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá :

1. Danh mục thiết bị đầu tư (có Phụ lục cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu kèm theo)

STT	Danh mục thiết bị	ĐVT	SL
1	Modul đo dinh dưỡng (theo máy thử GE 860)	Chiếc	2
2	Máy lọc máu liên tục	Cái	1
3	Máy điện xung kết hợp giác hút chân không	Máy	1
4	Máy siêu âm điều trị	Máy	1
5	Buồng pha hóa chất áp lực âm.	Cái	1
6	Lồng ấp trẻ sơ sinh.	Chiếc	1
7	Đèn chiếu vàng da	Cái	2

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTTB.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thường

H
B
Đ
S

Mẫu báo giá

Tên công ty báo giá

(Địa chỉ, MST, Họ tên người báo giá, Số ĐT liên hệ)

BÁO GIÁ

Kính gửi :{ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá }

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau :

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Xuất xứ ⁽⁵⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁶⁾	Đơn giá ⁽⁷⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁸⁾ (VND)	Thuế, lệ phí (nếu có) ⁽⁹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹⁰⁾ (VND)	Giá trúng thầu gần nhất kể từ T8/2023 đến nay (nếu có) ⁽¹¹⁾
1	Thiết bị A						Đã bao gồm	Đã bao gồm		
2	Thiết bị B						Đã bao gồm	Đã bao gồm		
n	...									

(Có kèm theo bảng đáp ứng và các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Công ty chào giá kèm theo bảng đáp ứng với đầy đủ thông tin yêu cầu trong Phụ lục kèm theo.
- Bệnh viện đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa công ty chào dựa trên cơ sở Bảng kê khai thông số kỹ thuật - do công ty tự kê khai – tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung do công ty tự kê khai. Trường hợp cần thiết Bệnh viện sẽ yêu cầu làm rõ, công ty phải cung cấp tài liệu để chứng minh.
- Yêu cầu kỹ thuật nêu trong Phụ lục kèm theo là các thông số yêu cầu tham khảo cơ bản để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm. Công ty có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.
- Trường hợp hàng hóa công ty chào không đáp ứng đầy đủ các thông số yêu cầu, Bệnh viện đề nghị công ty vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của công ty. Nếu (các) yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính năng, công dụng của hàng hóa, Bệnh viện sẽ chấp thuận báo giá của công ty và điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật yêu cầu tương ứng để phù hợp với thực tế hàng hóa trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.
- Công ty cung cấp kèm theo Báo giá (các) kết quả trúng thầu gần nhất trong vòng 360 ngày (nếu có) của (các) trang trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Bệnh viện.
- Trường hợp công ty có nhiều thiết bị, nhiều model cùng đáp ứng với nhiều mức giá khác nhau thì công ty làm cho mỗi thiết bị, mỗi model một bảng đáp ứng kỹ thuật, báo giá mỗi model riêng biệt.

Phụ lục cấu hình, thông số kỹ thuật yêu cầu

(Kèm theo thư mời báo giá số 2014 /VTTB-BVĐKĐG ngày 17 tháng 10 năm 2024)

1. Modul đo dinh dưỡng

STT	Nội dung yêu cầu	Nội dung đáp ứng	Tham chiếu trang...
I	Yêu cầu chung:		
	- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.		
	- Chất lượng mới 100%.		
	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương		
II	Yêu cầu cấu hình		
	- Module đo dinh dưỡng: 01 bộ		
III	Chỉ tiêu kỹ thuật		
	- Module đo dinh dưỡng phù hợp với máy thử Carescape R860 của hãng GE		
IV	Yêu cầu khác		
	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng		
	- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
	- Thời gian lắp đặt: ≤ 10 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt		
	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng		

2. Máy lọc máu liên tục

STT	Nội dung yêu cầu	Nội dung đáp ứng	Tham chiếu trang...
I	Yêu cầu chung:		
	- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.		
	- Chất lượng mới 100%.		
	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương		
	- Có chứng chỉ CE hoặc tương đương		
	- Máy chính và quả lọc xuất xứ G7, Châu Âu		
	- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam		
II	Yêu cầu cấu hình		
	- Máy chính: 01 chiếc		
	- Pin dự phòng: 01 chiếc		
	- Máy làm ấm (tích hợp hoặc tách rời) : 01 bộ		
	- Dây nguồn, dây nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác		
	- Bộ vật tư tiêu hao dùng thử bao gồm các bộ quả lọc đáp ứng yêu cầu cho kỹ thuật lọc máu, dung dịch thẩm phân/thay thế		

	và phụ kiện khác		
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ		
III	Chỉ tiêu kỹ thuật		
	Máy chính		
	Tính năng chung		
	- Thực hiện được các kỹ thuật lọc máu sau:		
	+ Siêu lọc máu liên tục chậm hoặc tương đương;		
	+ Siêu lọc tĩnh mạch hoặc tương đương;		
	+ Trao đổi huyết tương		
	+ Lọc hấp phụ		
	+ Thải loại CO2 kết hợp lọc máu		
	+ Lọc loại bỏ nội độc tố		
	+ Lọc cytokines		
	- Phù hợp lọc máu cho bệnh nhân nhi (diện tích màng $\leq 0,2m^2$)		
	- Có màn hình hiển thị		
	- Có phương pháp chống đông toàn thân và chống đông vùng Citrate		
	- Chức năng an toàn: Có cảm biến phát hiện khí, Có phát hiện rò máu		
	- Khả năng kết nối với hệ thống thông tin ngoại vi		
	- Có đầu đọc mã vạch quét ID bệnh nhân		
	- Báo động bằng âm thanh hoặc đèn báo		
	- Dải nhiệt độ làm ấm máu: từ ≤ 35 độ C đến ≥ 38 độ C		
	- Có pin dự phòng trong máy		
	Hệ thống bơm máu và dịch		
	- Có các bơm để bơm máu, các loại dịch và chất chống đông		
	- Tốc độ dòng máu: Tối đa $\geq 400ml/phút$, điều chỉnh được		
	- Điều chỉnh được tốc độ dịch thay thế, tốc độ dịch thẩm tách		
	- Có kiểm soát dịch		
	Theo dõi áp lực:		
	- Áp lực hút máu ra ≤ -250 đến ≥ 300 mmHg		
	- Áp lực trả máu về ≤ -50 đến ≥ 350 mmHg		
	- Áp lực quả lọc ≤ -50 đến ≥ 450 mmHg		
IV	Yêu cầu khác		
	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;		
	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;		
	- Có ủy quyền của nhà sản xuất		
	- Trong trường hợp sử dụng quả lọc không thuộc cùng nhà sản xuất máy để chứng minh tính năng lọc, phải có xác nhận của nhà sản xuất quả lọc đó phù hợp sử dụng, đảm bảo công năng của quả lọc và máy		

	- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng		
	- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.		
	- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng		

3. Máy điện xung kết hợp giác hút chân không

STT	Nội dung yêu cầu	Nội dung đáp ứng	Tham chiếu trang...
I	Yêu cầu chung:		
	- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.		
	- Chất lượng mới 100%.		
	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương		
	- Đạt chứng chỉ CE hoặc tương đương		
	- Xuất xứ: G7, Châu Âu		
	- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam		
II	Yêu cầu cấu hình		
	- Máy chính: 01 chiếc		
	- Giác hút kèm cáp: 04 chiếc		
	- Dây nối, dây nguồn và phụ kiện tiêu chuẩn khác để máy chạy được ngay sau khi bàn giao, nghiệm thu		
	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ		
	- Xe đẩy: 01 chiếc		
III	Chỉ tiêu kỹ thuật		
	- Sử dụng đồng thời ≥4 giác hút		
	- Có chế độ hút liên tục và xung		
	- 2 kênh điều trị độc lập		
	- Điều chỉnh được áp lực hút		
	- Nhịp hút lớn nhất ≥20 nhịp/phút		
IV	Yêu cầu khác		
	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;		
	- Có ủy quyền của nhà sản xuất		
	- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng		
	- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng		

	thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.		
	- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng		

4. Máy siêu âm điều trị

STT	Nội dung yêu cầu	Nội dung đáp ứng	Tham chiếu trang...
I	Yêu cầu chung:		
	- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.		
	- Chất lượng mới 100%.		
	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương		
	- Máy chính xuất xứ G7, Châu Âu		
	- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam		
II	Yêu cầu cấu hình		
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:		
	- Đầu phát siêu âm đa tần loại nhỏ: 01 chiếc		
	- Đầu phát siêu âm đa tần loại rãnh tay: 01 chiếc		
	- Lọ gel siêu âm: 01 cái		
	- Xe đẩy chính hãng: 01 cái		
	- Dây nguồn, dây nối khác và phụ kiện tiêu chuẩn khác		
	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ		
III	Chỉ tiêu kỹ thuật		
	- Có màn hình LCD hiển thị các thông số điều trị, kích thước ≥ 5 inch		
	- Các đầu phát siêu âm loại đa tần, phát tần số siêu âm điều trị tiêu chuẩn 1 Mhz và 3 Mhz		
	- Đầu phát siêu âm nhỏ có vùng tiếp xúc 1 - 2 cm ²		
	- Đầu phát siêu âm loại rãnh tay có vùng tiếp xúc ≥ 17 cm ²		
	- Có chế độ liên tục và chế độ xung		
	- Công suất cực đại chế độ liên tục ≥ 2 W/cm ²		
	- Có phần mềm điều trị cài đặt sẵn		
	- Có thể lưu trữ dữ liệu của các ca điều trị		
	- Có từ điển phương pháp điều trị		
IV	Yêu cầu khác		
	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;		
	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;		
	- Có ủy quyền của nhà sản xuất		

	- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
	- Thời gian lắp đặt: ≤ 10 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt		
	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng		
	- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.		
	- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng		

5. Buồng pha hóa chất áp lực âm

STT	Nội dung yêu cầu	Nội dung đáp ứng	Tham chiếu trang...
I	Yêu cầu chung:		
	- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.		
	- Chất lượng mới 100%.		
	- Có chứng chỉ CE		
	- Xuất xứ nhóm nước G7		
	- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam		
II	Yêu cầu cấu hình		
	- Tủ: 01 bộ		
	- Thùng đựng rác thải: 02 chiếc		
	- Chân đế có bánh xe (Chân đế tủ): 01 chiếc		
	- Đèn UV: 01 chiếc		
	- Bộ màng lọc tiêu chuẩn: 01 bộ (bao gồm tất cả các màng lọc của nhà sản xuất)		
	- Quạt hút và cổ nối ống xả: 01 bộ		
	- Dây nguồn, dây nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác		
	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt		
III	Chỉ tiêu kỹ thuật		
	- Kích thước khoang làm việc của tủ: ≥ 1100 (D) x 550 (R) x 670 (C) mm		
	- Loại tủ tối thiểu có 2 ngăn thao tác		
	- Bộ màng lọc của khoang, khí xuống, khí xả bằng lọc HEPA hoặc tương đương hoặc tốt hơn, lọc tối thiểu 99,995% vi khuẩn kích thước 0,1 đến 0,3 micron		
	- Độ sạch không khí làm việc đạt tối thiểu ISO 3 theo tiêu chuẩn ISO 14644		
	- Khoang làm việc sử dụng áp suất âm		
	- Khoang xử lý được làm bằng thép AISI 316 hoặc tốt hơn		
	- Có các chế độ cảnh báo hoặc tự động kiểm soát thông số an toàn tủ		

	- Có đèn chiếu sáng khoang làm việc		
IV	Yêu cầu khác		
	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;		
	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;		
	- Có ủy quyền của nhà sản xuất		
	- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
	- Thời gian lắp đặt: ≤ 10 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt		
	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng		
	- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.		
	- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng		

6. Lòng ấp trẻ sơ sinh

STT	Nội dung yêu cầu	Nội dung đáp ứng	Tham chiếu trang...
I	Yêu cầu chung:		
	- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.		
	- Chất lượng mới 100%.		
	- Có chứng chỉ CE hoặc tương đương		
	- Xuất xứ nhóm nước G7 hoặc Châu Âu		
	- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam		
II	Yêu cầu cấu hình		
	- Lòng ấp: 01 bộ		
	- Xe đẩy vận chuyển: 01 cái		
	- Đệm cho trẻ em: 01 cái		
	- Cọc truyền dịch: 01 cái		
	- Đai giữ trẻ: 01 cái		
	- Cảm biến ngoài da: 01 cái		
	- Dây nguồn, dây nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác		
	- Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 Bộ		
III	Chỉ tiêu kỹ thuật		
	- Phần lòng ấp có khả năng tách rời khỏi phần xe đẩy		
	- Có pin dự phòng gắn với lòng ấp		
	- Thời gian chạy của pin ≥ 2 tiếng		
	- Có đèn chiếu sáng lòng tích hợp		

	- Có chức năng theo dõi nhiệt độ không khí, nhiệt độ của trẻ		
	- Dải điều khiển nhiệt độ điều khiển trong khoảng 22 - 38 độ		
	- Độ chính xác nhiệt độ điều khiển khoảng 1 độ		
	- Có cảnh báo trong các trường hợp sau: nhiệt độ cao, lỗi cảm biến, mất nguồn điện, pin yếu		
IV	Yêu cầu khác		
	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;		
	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;		
	- Có ủy quyền của nhà sản xuất		
	- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
	- Thời gian lắp đặt: ≤ 10 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt		
	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng		
	- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.		
	- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng		

7. Đèn chiếu vàng da

STT	Nội dung yêu cầu	Nội dung đáp ứng	Tham chiếu trang...
I	Yêu cầu chung:		
	- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.		
	- Chất lượng mới 100%.		
	- Xuất xứ nhóm nước G7 hoặc Châu Âu		
	- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam		
II	Yêu cầu cấu hình		
	- Đèn: 01 chiếc		
	- Cột treo đèn: 01 chiếc		
	- Giường sưởi ấm: 01 chiếc		
	- Cảm biến nhiệt độ của trẻ: 01 chiếc		
	- Xe đẩy, bánh xe có khóa: 01 bộ		
	- Dây nguồn và phụ kiện tiêu chuẩn khác		
	- Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 Bộ		
III	Chỉ tiêu kỹ thuật		
	- Loại đèn để điều trị vàng da, có thể di động được		
	- Loại đèn chiếu hai mặt (trước và sau)		

	- Có màn hình hiển thị LCD		
	- Bước sóng: ≤ 450 - ≥ 470 nm		
	- Có thể điều chỉnh được cường độ chiếu		
	- Nguồn sáng LED		
	- Có chức năng đo nhiệt độ trên da của trẻ		
	- Có chức năng cảnh báo		
	- Có chức năng bảo vệ quá nhiệt		
	- Tuổi thọ bóng LED ≥ 50.000 giờ khi sử dụng chế độ thông thường		
IV	Yêu cầu khác		
	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;		
	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;		
	- Có ủy quyền của nhà sản xuất		
	- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
	- Thời gian lắp đặt: ≤ 10 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt		
	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng		
	- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.		
	- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng		