

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy thở chức năng cao R860 (hãng sx GE Healthcare, nước sản xuất Mỹ) và dây cáp Spo2 của monitor theo dõi bệnh nhân B105, hãng sản xuất GE Healthcare nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đức Giang
 - Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
 - Điện thoại: 024 38711751
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Đ/c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB,
 - ĐT: 0914864168
 - Email: cuongvu.ducgiang@gmail.com
 - Cách thức nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại bộ phận văn thư Bệnh viện hoặc Phòng vật tư thiết bị
 - + Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
 - + Điện thoại: 024 38711751
 - Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com
 - + vtbtytducgiang@gmail.com
 - Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 04 tháng 6 năm 2024
- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Phụ lục 1: Dịch vụ sửa chữa, cung cấp linh kiện trang thiết bị y tế.

1. Danh mục hàng hóa

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật
I	Van 1 chiều điều khiển dòng khí máy thở.	Cái	01	Van điều khiển khí nén được sử dụng để kiểm soát lưu lượng khí qua ống dẫn ở mức 160 lpm của máy thở. Các thành phần có khả năng chống ăn mòn, có hiệu quả cao khi sử dụng trong môi trường y tế Tương thích với máy thở GE R860 bệnh viện. Hàng mới 100%

II	Bảng mạch điều khiển nguồn Power Supply	Cái	01	Mã linh kiện:M1052831 Tương thích với máy thở GE R860 bệnh viện.Hàng mới 100%
III	Cảm biên lưu lượng thở ra(Flow sensors)dùng cho sơ sinh	Cái	01	Mã linh kiện:1505-3272-000 Tương thích với máy thở GE R860 bệnh viện.Hàng mới 100%
IV	Cảm biến SpO2 người lớn dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	09	Cáp kết nối SpO2 chất lượng cao Tái sử dụng Nhỏ gọn và nhẹ Dễ dàng kết nối và ngắt kết nối Cảm biến SpO2 dài 1 m dùng nhiều lần cho người lớn Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân GE B105 của bệnh viện.Hàng mới 100%

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản tại Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang
3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤30 ngày
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện đầy đủ hợp đồng và hồ sơ hợp lệ
5. Các thông tin khác (nếu có): Tương thích với máy thở GE R860, với monitor theo dõi bệnh nhân GE B105 của bệnh viện.Hàng mới 100%.Bảo hành ≥06 tháng.Sau khi sửa chữa,thay thế máy hoạt động tốt đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.



Nguyễn Văn Thường