

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua cân sức khỏe, máy đo huyết áp điện tử. Với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đức Giang
  - Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
  - Điện thoại: 024 38711751
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Đ/c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB,
  - ĐT: 0914864168
  - Email: [cuongvu.ducgiang@gmail.com](mailto:cuongvu.ducgiang@gmail.com)
- Cách thức nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại bộ phận văn thư Bệnh viện hoặc Phòng vật tư thiết bị
  - + Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
  - + Điện thoại: 024 38711751
  - Nhận qua email: [cuongvu.ducgiang@gmail.com](mailto:cuongvu.ducgiang@gmail.com)
- Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 30 tháng 08 năm 2024 đến trước 17h ngày 10 tháng 09 năm 2024  
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29 tháng 08 năm 2024

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Phụ lục 1: Mua vật tư trang thiết bị y tế.

#### 1. Danh mục hàng hóa

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật
I	Cân điện tử trẻ em	Cái	03	Thiết kế dành riêng cho trẻ nhỏ. Có giá đỡ, bộ đo chiều cao điều chỉnh mở rộng. màn hình LCD hiển thị cân nặng và chiều cao. Tự động tắt sau 1p. Cảnh báo quá cân, pin yêu. Chất liệu nhựa ABS. Trọng tải tối đa 25. Chiều cao 46-80cm. Dùng pin AAA 1,5v Hàng mới 100%
II	Cân bàn điện tử	Cái	01	Trọng tải tối đa 200kg. Độ chính xác ± 0,1g

				DC 4v.Kích thước mặt đồng hồ 24x17cm.Màn hình LCD 12x6cm.Bộ lưu trữ 7 người.Cảnh báo pin yếu,cảnh báo quá tải: Hàng mới 100%
III	Huyết áp điện tử	Cái	02	Bao đo huyết áp người lớn và trẻ em. Khoảng đo huyết áp: tâm thu: 60 – 260 mmHg / tâm trương: 40 – 215 mmHg Độ chính xác huyết áp: +/- 3mmHg Khoảng đo nhịp tim: 40 – 180 nhịp/phút Độ chính xác nhịp tim: +/- 5% Nguồn điện: 4 viên pin AA hoặc sử dụng bộ đổi điện Tuổi thọ pin: khoảng 1000 lần đo (sử dụng pin alkaline mới) Chu vi vòng bit: từ 22 – 32cm Bộ nhớ: lưu trữ 30 kết quả đo Hàng mới 100%

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản tại Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang
3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤10 ngày
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện đầy đủ hợp đồng và hồ sơ hợp lệ
5. Các thông tin khác (nếu có): Hàng mới 100%. Hàng hóa và hồ sơ giấy tờ đáp ứng quy định của pháp luật. Bảo hành ≥12 tháng

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.

GIÁM ĐỐC



**Nguyễn Văn Thường**