

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm bồn tắm sơ sinh bằng inox 304 tại bệnh viện đa khoa Đức Giang**, Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đức Giang

- Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 38711751

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá và khảo sát thiết bị:

- D/ c Nguyễn Đăng Tuấn, Trưởng phòng VTTB,

- ĐT: 0913531538

- Email: benhviendakhoaducgiang@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư Bệnh viện hoặc Phòng Vật tư thiết bị

+ Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

+ Điện thoại: 024 38711751

- Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com

+ vttbytducgiang@gmail.com

4. Thời hạn nhận báo giá: từ 10h ngày 12 tháng 9 năm 2024 đến trước 17 h ngày 23 tháng 9 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật
1	Bồn tắm sơ sinh bằng inox 304 KT: 2200x700x1730mm	Cái	1	<ul style="list-style-type: none">Mạch điều khiển trung tâm, điều khiển bằng Mainboard vi xử lý, mặt kính cường lực, nút bấm cảm ứng- Vòi sen Inox 304 dạng cứng: 01 cái- Công tắc đầu gối: 02 cái- Đèn hồng ngoại: 01 cái (xem lại có đúng đèn hồng ngoại hay đèn gì)- Đèn tuýt dạng Led : 01 cái



				<ul style="list-style-type: none"> - - Gương soi : 01 cái - - Chậu tắm chống bám bẩn kích thước: Dài 700 x Rộng 450 x Sâu 210mm : 01 cái - - Đồng hồ đo nhiệt độ nước tắm: 01 cái - - Đồng hồ ẩm nhiệt kế môi trường: 01 cái - - Đệm lót mặt: 02 cái - - Hệ thống lọc thô: 02 bộ (công suất > ...) - - Hệ thống lọc tinh: 01 bộ (Công suất >...) - - Hệ thống tiết trùng - Đèn UV: 01 bộ - - Bơm tăng áp: 01 cái (Công suất >...) - - Hệ thống nước nóng: 01 bộ (Dung tích, công suất>..) - - Điện áp làm việc: 220V, tần số 50Hz.
--	--	--	--	---

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 10 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 1 lần sau khi thực hiện xong hợp đồng và hồ sơ hợp lệ theo quy định- Không tạm ứng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Bảo hành ≥ 12 tháng. Hàng mới 100% ; Năm sản xuất 2024 trở đi.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thường

