

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ sửa chữa máy thở R860. Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

2. Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá: Đ/c Vũ Cường - Phó Trưởng phòng VTTB - ĐT: 0914864168 hoặc số 024 38711751 để được hỗ trợ.

3. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư - Tầng 1 nhà A, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

- Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com

+ vtbbytducgiang@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 25 tháng 12 năm 2025 đến trước 17h ngày 06 tháng 01 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục sửa chữa:

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
1	Dịch vụ sửa chữa máy thở R860 - Hãng sx: GE Healthcare - Nước sx: Mỹ Nội dung cụ thể như sau			

1.1	Valve Flow Control 160LPM (Van điều khiển dòng khí) -Mã phụ kiện: 1505-3209-000-S	Cái	01	-Van điều khiển khí được sử dụng để kiểm soát lưu lượng khí qua ống dẫn ở mức - 0.05 đến 160 lpm -Tương thích với máy thở R860, Engstrom của Hãng GE Healthcare. -Hàng mới 100%
1.2	KitPWA VentControl (Bảng mạch điều khiển nguồn) -Mã phụ kiện: M1052831	Cái	01	-Bảng mạch Cung cấp nguồn cho máy thở 150W, chuyển đổi 180VAC-28VDC -Đạt chuẩn RoHS -Hàng mới 100%

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản tại Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 30 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện đầy đủ hợp đồng và hồ sơ hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có): Tương thích với thiết bị của bệnh viện. Bảo hành ≥ 6 tháng, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị. Giá báo đã bao gồm thuế, các loại phí, cung cấp đầy đủ CO, CQ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị. 

Trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.



GIÁM ĐỐC 

Đỗ Đình Tùng

