

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: cung cấp cảm biến lưu lượng cho máy thở (Flow sensor), Cảm biến Oxy dùng cho máy thở eVent Medical. Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đức Giang

- Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 38711751

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đ/c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB,
- ĐT: 0914864168
- Email: cuongvu.ducgiang@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại bộ phận văn thư Bệnh viện hoặc Phòng vật tư thiết bị
- + Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
- + Điện thoại: 024 38711751
- Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com
- + vttbytducgiang@gmail.com

4. Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 14 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h ngày 24 tháng 3 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Phụ lục 1: Cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế.

1. Danh mục hàng hóa

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật
I	Cảm biến lưu lượng cho máy thở (Flow sensor) Mã hàng: SpiroQuant A+ Hãng sx: Honeywell/đức Xuất xứ: Estonia	Cái	20	- Nguyên lý đo: Sợi đốt nhiệt ổn định Dải đo: 0 đến 160 slpm (số lít tiêu chuẩn trên phút) - Độ chính xác: $\pm 7\%$ trong dải 0 đến 10 lít/phút, $\pm 5\%$ trong dải 10~160 lít - Lưu lượng trở kháng t/phút < 2.5mbar (trở kháng gia tăng)


				-Thời gian hoạt động: Một bệnh nhân, dùng cho đến khi không hiệu chuẩn được -Tương thích với thiết bị bệnh viện -Hàng mới 100%
II	Cảm biến Oxy dùng cho máy thở eVolution 3e -eVent Medical - Hãng SX: Analytical Industries Inc - Xuất xứ: Mỹ:	Cái	15	-Tuyến tính: +/-2% toàn thang đo -Thời gian phản hồi : 13 giây -Có cáp nối tương thích với máy thở -Tương thích với thiết bị bệnh viện -Hàng mới 100%

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản tại Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang
3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤30 ngày
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện đầy đủ hợp đồng và hồ sơ hợp lệ
5. Các thông tin khác (nếu có): Tương thích với thiết bị của bệnh viện. Giá báo đã bao gồm thuế, các loại phí. Cung cấp đầy đủ CO, CQ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thường