

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho **Mua sắm thiết bị y tế nguồn ngân sách năm 2025** với nội dung cụ thể như sau :

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Đặng Thị Lan Phương – Phòng Vật tư thiết bị - ĐT : 0985.741.404
- Báo giá được tiếp nhận theo hình thức sau :
 - Nhận tại địa chỉ: Văn thư Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP. Hà Nội (và bản scan qua Email: vtbtyducgiang@gmail.com)
- Thời gian tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 10 tháng 07 năm 2024 đến trước 17h ngày 20 tháng 07 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ngày (Ghi cụ thể số ngày và ≥ 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 07 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá :

- Danh mục thiết bị đầu tư (có Phụ lục cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu kèm theo)**

STT	Danh mục thiết bị	ĐVT	SL
1	Máy gây mê(kèm thở)	Máy	1
2	Máy vắt công nghiệp > 30kg	Máy	1
3	Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp (EO) ≥ 220 lit	Máy	1
4	Máy rửa khử khuẩn tự động	Máy	1

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *4x*

- Như trên;
- Lưu VTTB.



GIÁM ĐỐC *1*

Nguyễn Văn Thường

Mẫu báo giá

Tên công ty báo giá

(Địa chỉ, MST, Họ tên người báo giá, Số ĐT liên hệ)

BÁO GIÁ

Kính gửi :{ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá }

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau :

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Xuất xứ ⁽⁵⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁶⁾	Đơn giá ⁽⁷⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁸⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽⁹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹⁰⁾ (VND)	Giá trúng thầu gần nhất kể từ T8/2023 đến nay (nếu có) ⁽¹¹⁾
1	Thiết bị A						Đã bao gồm	Đã bao gồm		
2	Thiết bị B						Đã bao gồm	Đã bao gồm		
n	...									

(Có kèm theo bảng đáp ứng và các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Công ty chào giá kèm theo bảng đáp ứng với đầy đủ thông tin yêu cầu trong Phụ lục kèm theo.
- Bệnh viện đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa công ty chào dựa trên cơ sở Bảng kê khai thông số kỹ thuật - do công ty tự kê khai – tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung do công ty tự kê khai. Trường hợp cần thiết Bệnh viện sẽ yêu cầu làm rõ, công ty phải cung cấp tài liệu để chứng minh.
- Trường hợp hàng hóa công ty chào không đáp ứng đầy đủ các thông số yêu cầu, Bệnh viện đề nghị công ty vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của công ty. Nếu (các) yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính năng, công dụng của hàng hóa, Bệnh viện sẽ chấp thuận báo giá của công ty và điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật yêu cầu tương ứng để phù hợp với thực tế hàng hóa trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.
- Yêu cầu kỹ thuật nêu trong Phụ lục kèm theo là các thông số yêu cầu tham khảo cơ bản để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm. Công ty có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.
- Công ty cung cấp kèm theo Báo giá (các) kết quả trúng thầu gần nhất trong vòng 360 ngày (nếu có) của (các) trang trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Bệnh viện.
- Trường hợp công ty có nhiều thiết bị, nhiều model cùng đáp ứng với nhiều mức giá khác nhau thì công ty làm cho mỗi thiết bị, mỗi model một bảng đáp ứng kỹ thuật, báo giá mỗi model riêng biệt.

Mẫu báo giá

Tên công ty báo giá

(Địa chỉ, MST, Họ tên người báo giá, Số ĐT liên hệ)

BÁO GIÁ

Kính gửi :{ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá }

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau :

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Xuất xứ ⁽⁵⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁶⁾	Đơn giá ⁽⁷⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁸⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽⁹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹⁰⁾ (VND)
1	Thiết bị A						Đã bao gồm	Đã bao gồm	
2	Thiết bị B						Đã bao gồm	Đã bao gồm	
n	...								

(Có kèm theo bảng đáp ứng và các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời chào giá số 1277/VTTB-BVĐKĐG ngày 10 tháng 7 năm 2025)

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng
1	Máy gây mê (kèm thở)	Máy	1
	I. Yêu cầu chung		
	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi		
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 hoặc tương đương		
	Điều kiện hoạt động:		
	+ Nhiệt độ môi trường: ≥ 30 độ C		
	+ Độ ẩm môi trường: $\geq 70\%$		
	II. Yêu cầu cấu hình cơ bản		
	Máy chính được tích hợp màn hình hiển thị, xe đẩy máy đồng bộ: 01 chiếc		
	Các phụ kiện đi kèm bao gồm:		
	- Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và Air: ≥ 01 bộ		
	- Bộ cung cấp khí O2 phụ trợ: ≥ 01 bộ		
	- Dây thở kèm bóng bóp cho người lớn sử dụng nhiều lần: ≥ 01 bộ		
	- Dây thở kèm bóng bóp cho trẻ em sử dụng nhiều lần: ≥ 01 bộ		
	- Mặt nạ gây mê dùng nhiều lần cho người lớn: ≥ 01 cái		
	- Mặt nạ gây mê dùng nhiều lần cho trẻ em: ≥ 01 cái		
	- Dây dẫn khí thải mê: ≥ 01 cái		
	- Khối đo khí mê và CO2: ≥ 01 cái		
	- Bẫy nước cho khối đo khí mê và CO2: ≥ 4 chiếc		
	- Cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần: ≥ 2 chiếc		
	- Bình bốc hơi Sevoflurane: ≥ 01 cái		
	- Bình hấp thụ CO2 sử dụng nhiều lần: ≥ 01 bộ		
	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ		
	III. Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản		
	- Máy sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh		
	- Có khả năng gây mê dòng thấp và dòng tối thiểu		
	- Công nghệ trộn khí hiển thị điện tử		

	- Lắp được ít nhất 2 bình bốc hơi, có cơ cấu khóa bình		
	IV. Yêu cầu khác		
	- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng		
	- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu		
	- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất		
	- Yêu cầu cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.		
2.	Máy vắt công nghiệp > 30kg	Máy	1
	I. Yêu cầu chung		
	- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau; mới 100%		
	- Nhà sản xuất có chứng chỉ chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương		
	- Nguồn điện sử dụng: $380V \pm 10\%$, 50 Hz		
	- Điều kiện hoạt động:		
	+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C		
	+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: $\geq 80\%$		
	II. Yêu cầu Cấu hình cơ bản		
	- Máy chính: 01 chiếc		
	- Bộ phụ kiện kèm theo: 01 bộ, bao gồm:		
	+ Ống cấp nước nóng: 02 cái		
	+ Ống cấp nước lạnh: 02 cái		
	+ Ống xả nước: 01 cái		
	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ		
	III. Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản:		
	- Công suất giặt: Tối đa ≥ 65 kg		
	+ Thể tích: ≥ 600 lít		
	IV. Yêu cầu khác		
	- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng		
	- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥ 12 tháng		
	- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất		

	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.		
3.	Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp (EO) ≥ 220 lít	Máy	1
	I. Yêu cầu chung:		
	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%		
	- Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương		
	- Điều kiện môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$, Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$		
	- Nguồn điện sử dụng: 200-240 VAC/ 380V, 50/60 Hz		
	II. Yêu cầu cấu hình cơ bản :		
	- Máy chính: 01 máy		
	- Bộ phụ kiện theo máy bao gồm:		
	+ Bình khí EO chạy thử máy: ≥ 60 bình (tương đương 5 hộp)		
	+ Giấy in nhiệt: 02 cuộn		
	+ Chỉ thị hóa học cho hấp EO: 240 cái		
	+ Chỉ thị sinh học cho hấp EO: 50 ống		
	+ Túi ép dẹt: 02 cuộn		
	+ Túi ép phồng: 02 cuộn		
	+ Xe nạp dỡ hàng: 02 cái		
	- Cảm biến giám sát khí EO (tách rời): (mua tại Việt Nam, không phải thiết bị y tế): 01 bộ (Chào giá riêng – Lựa chọn thêm)		
	+ Máy ủ và đọc chỉ thị sinh học EO: 01 máy (Chào giá riêng – Lựa chọn thêm)		
	- Bộ xử lý khí thải EtO: 01 bộ (Chào giá riêng – Lựa chọn thêm)		
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ		
	III. Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản:		
	Đặc tính chung:		

	Máy có khả năng tiệt khuẩn những dụng cụ không chịu được nhiệt độ cao.		
	Cho phép tiệt khuẩn cho các ống nội soi cứng và các ống nội soi mềm.		
	Máy chính:		
	Loại cửa ≥ 1 cửa.		
	Dung tích buồng tiệt khuẩn: ≥ 220 lít.		
	IV. Yêu cầu khác		
	- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng		
	- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu		
	- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất		
	- Yêu cầu cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.		
	- Yêu cầu có chứng thư quan trắc môi trường đối với khí thải đầu ra đảm bảo đáp ứng theo Quy chuẩn Quốc gia sau khi lắp đặt máy.		
4.	Máy rửa khử khuẩn tự động	Máy	1
	I. Yêu cầu chung:		
	- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau; mới 100%		
	- Nhà sản xuất có chứng chỉ chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương		
	- Nguồn điện sử dụng: $400V \pm 10\%$, 50/60 Hz		
	- Điều kiện hoạt động:		
	+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 40 độ C		
	+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: $\geq 80\%$		
	II. Yêu cầu Cấu hình		
	- Máy chính: 01 máy		
	- Giá rửa dụng cụ 5 tầng: ≥ 01 cái		

	- Bơm hóa chất: ≥ 03 cái		
	- Bơm tuần hoàn nước: ≥ 01 cái		
	- Xe đẩy giá rửa dụng cụ: ≥ 02 cái		
	- Khay rửa dụng cụ: ≥ 01 bộ		
	- Hóa chất rửa chính hãng: ≥ 03 can		
	- Máy giám sát vệ sinh bề mặt: ≥ 01 cái (Chào giá riêng – Lựa chọn thêm)		
	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ		
	III. Chỉ tiêu kỹ thuật:		
	Máy chính		
	- Máy rửa dùng để làm sạch, khử khuẩn và sấy khô các dụng cụ phẫu thuật		
	- Nhiệt độ quá trình rửa khử khuẩn có thể lên tới ≥ 90 độ C		
	- Máy in tích hợp trên máy		
	Buồng rửa:		
	- Thể tích buồng: ≥ 290 lit		
	- Loại máy: ≥ 02 cửa		
	IV. Yêu cầu khác		
	- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng		
	- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥ 12 tháng		
	- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất		
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.		

Ghi chú:

- Yêu cầu kỹ thuật nêu trong Phụ lục kèm theo là các thông số yêu cầu cơ bản để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm. Công ty có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.
- Trường hợp công ty có nhiều thiết bị, nhiều model cùng đáp ứng với nhiều mức giá khác nhau thì công ty có thể chào giá các model khác nhau cùng đáp ứng cấu hình để Bệnh viện có thể lựa chọn cấu hình phù hợp nhất với khả năng tài chính.