

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Bảo dưỡng máy thở chức năng cao Event Hăng, nước sx: eVent Medical/Mỹ** tại bệnh viện đa khoa Đức Giang, Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đức Giang

- Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 38711751

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá và khảo sát thiết bị:

- Đ/c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB,
- ĐT: 0914864168
- Email: cuongvu.ducgiang@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư Bệnh viện hoặc Phòng Vật tư thiết bị
- + Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
- + Điện thoại: 024 38711751
- Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com
- + vtbbytducgiang@gmail.com

4. Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 02 tháng 7 năm 2025 đến trước 17 h ngày 12 tháng 7 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật
1	Gói thầu số 4: Bảo dưỡng máy thở chức năng cao Event Hăng, nước sx: eVent Medical/Mỹ	máy	27	Chi tiết theo phụ lục đính kèm

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ tại: tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chia theo lần bảo dưỡng và hồ sơ hợp lệ.
5. Các thông tin khác (nếu có): Sau Bảo dưỡng Hệ thống máy hoạt động tốt đáp ứng tiêu chuẩn nhà sản xuất. Báo giá đã bao gồm tất cả chi phí nhân công, thuế, phí, lệ phí...

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thường



DANH MỤC CHI TIẾT GÓI THẦU KÈM THEO

Gói thầu số 4: Yêu cầu kỹ thuật: Gói thầu Bảo dưỡng máy thở chức năng cao Event/Event Medical/Mỹ, Đơn vị tính: máy, số lượng 27

Yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng máy thở Event/eVent Medical/Mỹ			
Stt	Nội dung công việc thực hiện	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không
	Chu kỳ bảo dưỡng chung	≤ 6 tháng	> 6 tháng
A	Yêu cầu chung :		
	*Bảo trì hệ thống theo danh mục bảo trì theo định kỳ 02 lần/ năm theo bảng danh mục bảo trì *Đáp ứng gọi dịch vụ sửa chữa. Khi cần kỹ sư có mặt tại đơn vị sử dụng trong vòng 02 giờ, trong ngày làm việc.)	Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra	Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra
B	Nội dung bảo dưỡng	Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra	Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra
A.	Vệ sinh máy		
1	Kiểm tra và vệ sinh các chức năng của xe đẩy máy, tay đỡ ống thở, bộ làm ẩm, làm ấm, dây dẫn khí oxy		
2	Kiểm tra và vệ sinh filter lọc, quạt làm mát, vỏ ngoài của máy		
3	Kiểm tra độ rò rỉ điện của máy		
4	Kiểm tra và vệ sinh van thở ra + Màng van		
5	Vệ sinh van trộn khí và van trộn oxy		
6	Vệ sinh tuabin khí nén		
7	Kiểm tra các van an toàn+ độ rò rỉ các ống dẫn khí		
8	Kiểm tra tuổi thọ Pin dự phòng bao gồm: dòng sạc vào, Điện áp vào, dòng sạc trung bình, nhiệt độ pin		
9	Kiểm tra các chức năng: còi báo, điều khiển đèn nền ở các mức độ khác nhau, bộ đốt nhiệt, nhiệt độ môi trường đặt máy		
10	Kiểm tra các năng Van khí dung		
11	Kiểm tra chức năng báo gọi y tá, van an toàn		
12	Kiểm tra màn hình hiển thị LCD		

VIỆN
HOA
HANG

13	Kiểm tra và hiệu chuẩn lại Tuabin tích hợp trong máy và đánh giá tuổi thọ qua số giờ chạy tuabin, lưu lượng khí cấp và số vòng quay của tuabin		
14	Kiểm tra các chức năng và điện áp của các mạch Control Board, Flow board, Blower, Interface, Power manager, Power supply.		
15	Kiểm tra điện áp của pin Cmos		
16	Kiểm tra và hiệu chuẩn zero các cảm biến áp lực vào và đầu ra, cảm biến áp lực oxy, cảm biến flow thở ra		
17	Kiểm tra và hiệu chuẩn Van trộn khí Nén+ Air flow đầu vào		
18	Kiểm tra và hiệu chuẩn Van Trộn Oxy + oxy flow đầu vào		
19	Kiểm tra và hiệu chuẩn Van thở ra + Flow thở ra		
20	Kiểm tra và hiệu chuẩn Màn hình cảm ứng + Phím bấm		
21	Kiểm tra Test rò rỉ của máy		
22	Kiểm tra dây thở		
23	Kiểm tra và hiệu chuẩn cảm biến Oxy		
24	Chạy lại máy trên phổi giả		
II	CÁC YÊU CẦU KHÁC	Đáp ứng	Không đáp ứng
1	Được ủy quyền thực hiện dịch vụ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc chủ sở hữu đăng ký lưu hành trang thiết bị hoặc có tài liệu chứng minh đủ năng lực thực hiện dịch vụ theo quy định.	có	không
2	Nhà thầu phải có các hợp đồng tương tự về máy thở đã thực hiện	có	không
3	Chịu trách nhiệm xử lý kỹ thuật khi có sự cố, nhân viên kỹ thuật phải có mặt trong vòng 2 giờ kể từ khi nhận được thông báo	có	không
4	Có cam kết đầy đủ vật tư, phụ tùng thay thế chính hãng	có	không
5	Có bản thuyết minh phương án tổ chức bảo dưỡng (khi nộp thầu)	có	không