

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Bảo dưỡng máy thở chức năng cao Carescape R860 Hãng, nước sx: GE- Mỹ** tại bệnh viện đa khoa Đức Giang, Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đức Giang

- Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 38711751

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá và khảo sát thiết bị:

- Đ/c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB,

- ĐT: 0914864168

- Email: cuongvu.ducgiang@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư Bệnh viện hoặc Phòng Vật tư thiết bị

+ Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

+ Điện thoại: 024 38711751

- Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com

+ vtbbytducgiang@gmail.com

4. Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 12 tháng 7 năm 2025 đến trước 17h ngày 12 tháng 7 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật
1	Gói thầu số 3: Bảo dưỡng máy thở chức năng cao Carescape R860 Hãng, nước sx: GE- Mỹ	máy	21	Chi tiết theo phụ lục đính kèm

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ tại: tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chia theo lần bảo dưỡng và hồ sơ hợp lệ.
5. Các thông tin khác (nếu có): Sau Bảo dưỡng Hệ thống máy hoạt động tốt đáp ứng tiêu chuẩn nhà sản xuất. Báo giá đã bao gồm tất cả chi phí nhân công, thuế, phí, lệ phí...

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.

GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Văn Thường

H
VI
KHO
GIAM
★

DANH MỤC CHI TIẾT GÓI THẦU KÈM THEO

Yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống máy Thở CarescapeR860			
Stt	Nội dung công việc thực hiện	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không Đạt
	Chu kỳ bảo dưỡng chung	≤ 6 tháng	> 6 tháng
A	Yêu cầu chung :		
	*Bảo trì hệ thống theo danh mục bảo trì theo định kỳ 02 lần/ năm bao gồm bộ PM kit: Cảm biến lưu lượng cho người lớn 01 cái, Ấc quy: 2 cái, Pin khối màn hình: 1 cái, Lá van thở tự nhiên: 1 cái, Ron van thở tự nhiên: 01 cái, lọc cho quạt tản nhiệt: 1 cái và theo bảng danh mục bảo trì (không bao gồm phụ kiện và part thay thế ...). *Đáp ứng: Thực hiện đầy đủ các nội dung Dịch Vụ cho Thiết Bị nêu tại Hợp Đồng. Khi phát sinh sự cố đột xuất, Bên B sẽ cử cán bộ kỹ thuật liên lạc, kiểm tra và xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất sau khi nhận được thông báo của Bên A qua Hotline theo quy định như sau: a) Trong giờ hành chính (từ 08 giờ đến 17h giờ thứ hai đến thứ sáu). b) Ngoài giờ hành chính, vào ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định của pháp luật lao động.	Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra	Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra
B	Nội dung bảo dưỡng	Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra	Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra
	1 Kiểm tra tổng quan hệ thống:		
1	Kiểm tra hệ thống điện		
2	Kiểm tra hệ thống khí		
3	Kiểm tra ắc quy		
4	Kiểm tra tình trạng bánh xe và khóa bánh xe		
5	Kiểm tra các phụ kiện		
6	Kiểm tra loa báo động		
7	Kiểm tra LED báo nguồn		
8	Kiểm tra đèn báo động		
9	Vận hành thử, và kiểm tra các thông số máy		
10	2 Vệ sinh máy.		
11	Vệ sinh máy		
12	Vệ sinh màn hình và các tấm lọc		
13	Vệ sinh bộ xông khí dung (nếu có)		
14	Vệ sinh bộ van thở ra		
15	Vệ sinh bể nước đầu vào khí Air và Oxy		
16	Vệ sinh bảng mạch		
17	Vệ sinh máy nén khí (nếu có)		
18	3 Quy trình hiệu chuẩn		



19	Vệ sinh hệ thống điều khiển		
20	Kiểm tra áp lực đầu ra regulator		
21	Kiểm tra rò rỉ (áp lực thấp)		
22	Kiểm tra rò rỉ (áp lực oxy cao)		
23	Kiểm tra rò rỉ (áp lực khí nén cao)		
24	Hiệu chuẩn cảm biến áp lực đường thở Zero and Span		
25	Kiểm tra free-breathing van		
26	Kiểm tra van nỗ lực thở vào		
27	Kiểm tra van xả áp lực phụ trợ		
28	Kiểm tra loa chip trên mạch VCB		
29	Kiểm tra van xả cơ học		
30	Hiệu chuẩn màn hình cảm ứng		
31	Hiệu chuẩn van điều khiển oxy		
32	Hiệu chuẩn van điều khiển khí nén		
33	Hiệu chuẩn van thở ra		
34	Hiệu chuẩn cảm biến oxy		
35	4 Kiểm tra an toàn điện		
36	Dòng điện rò nhỏ hơn 500uA với điện áp 220/240 VAC.		
37	Trở kháng nối đất nhỏ hơn 0.2Ω		
38	5 Kiểm tra hoạt động các mode thở		
39	Thực hiện kiểm tra toàn bộ máy hàng ngày		
40	Kiểm tra thể tích lưu thông		
41	Kiểm tra áp lực thở vào		
42	Kiểm tra nhịp thở		
43	Kiểm tra nồng độ oxy		
II	CÁC YÊU CẦU KHÁC	Đáp ứng	Không đáp ứng
1	Được ủy quyền thực hiện dịch vụ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc chủ sở hữu đăng ký lưu hành trang thiết bị hoặc có tài liệu chứng minh đủ năng lực thực hiện dịch vụ theo quy định.	có	không
2	Chịu trách nhiệm xử lý kỹ thuật khi có sự cố, Bên A sẽ được Bên B hỗ trợ xử lý từ xa 24/7 (qua điện thoại hoặc email). Nếu sự cố không thể khắc phục được qua hình thức hỗ trợ từ xa, Bên B cam kết trong vòng 24-48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hỗ trợ trực tiếp của Bên A (không tính Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ, Lễ theo quy định Nhà nước) sẽ cử cán bộ chuyên môn đến để kiểm tra và xử lý.	có	không
3	Có cam kết đầy đủ vật tư, phụ tùng thay thế chính hãng.	có	không
4	Có phương án tổ chức bảo dưỡng hợp lý (như không làm bắn bụi ra xung quanh khi bảo dưỡng, không ảnh hưởng đến người bệnh...)	có	không