

V/v : Mời chào giá TBYT nguồn ngân sách
năm 2026

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá của các thiết bị y tế để tham khảo xây dựng cấu hình kỹ thuật cho các thiết bị y tế mua sắm bằng nguồn ngân sách năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu:

1. Đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận tài liệu cung cấp: Phòng Vật tư thiết bị - ĐT: 02438711751.

3. Tài liệu được tiếp nhận theo hình thức sau :

- Nhận tại địa chỉ: Văn thư Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

Và qua Email: vttbytducgiang@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận : Từ 8h ngày 13 tháng 03 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 23 tháng 03 năm 2026.

5. Báo giá có hiệu lực ≥ 90 ngày kể từ ngày 23 tháng 03 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu cung cấp Báo giá:

1. Danh mục thiết bị đầu tư (cấu hình yêu cầu kèm theo)

STT	Tên thiết bị	Model/Hãng SX/Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) (Cấu hình gồm:...)		Hệ thống	01		

Ghi chú: Đơn giá thiết bị đã bao gồm giá bán và tất cả các chi phí liên quan đến việc cung ứng, lắp đặt như vận chuyển đến tận đơn vị sử dụng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, vận hành chạy thử, bảo hành 12 tháng, thuế VAT và các chi phí khác.

2. Yêu cầu khác

Nhà thầu gửi kèm Báo giá cấu hình kỹ thuật và tài liệu sản phẩm

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTB_{Phuong}



GIÁM ĐỐC

Đỗ Đình Tùng

VIỆN
HOA
GIANG

CẤU HÌNH KỸ THUẬT YÊU CẦU

(Kèm theo Thư mời chào giá số 504/VTTB-BVĐKĐG ngày 11 tháng 3 năm 2026)

HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA (DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG)

A	YÊU CẦU CHUNG
1	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
2	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.
3	Điện nguồn sử dụng: 220V/ 50Hz.
4	Điều kiện hoạt động:
5	+ Nhiệt độ môi trường tối đa: ≥ 30 độ C.
6	+ Độ ẩm môi trường tối đa: $\geq 70\%$.
7	- Xuất xứ máy chính (Bộ xử lý hình ảnh, Nguồn cắt đốt nội soi, ống nội soi dạ dày video, ống nội soi đại tràng video): Nhóm quốc gia thuộc liên minh châu Âu EU hoặc Nhóm quốc gia thuộc G7.
B	YÊU CẦU CẤU HÌNH
1	Hệ thống máy nội soi dạ dày, đại tràng ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 hệ thống, mỗi hệ thống bao gồm:
2	Máy chính, bao gồm:
3	Bộ xử lý hình ảnh (kèm nguồn sáng tích hợp hoặc tách rời): 01 bộ.
4	Màn hình y tế: 01 cái.
5	Ống nội soi dạ dày Video: 02 chiếc.
6	Ống nội soi đại tràng Video: 02 chiếc.
7	Thiết bị phụ trợ, bao gồm:
8	Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 chiếc.
9	Máy hút dịch 2 bình: 01 chiếc.
10	Máy bơm tưới rửa: 01 chiếc.
11	Máy bơm khí CO2: 01 chiếc.
12	Nguồn cắt đốt nội soi : 01 chiếc.
13	Hệ thống in trả kết quả: 01 bộ, bao gồm:
14	- Máy tính: 01 cái.
15	- Màn hình LCD: 01 cái.
16	- Máy in màu: 01 cái.
17	Xe đẩy hệ thống (được nhập khẩu đồng bộ cùng hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất): 01 chiếc.
18	Kìm sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần (20 chiếc/hộp): 10 hộp.
19	Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần (20 chiếc/hộp): 10 hộp.
20	Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.
D	YÊU CẦU KHÁC
1	Bảo hành ≥ 12 tháng sau khi lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

