

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng máy thở Bennett 840 và Bennett 980. Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

2. Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá: Đ/c Vũ Cường - Phó Trưởng phòng VTTB - ĐT: 0914864168 hoặc số 024 38711751 để được hỗ trợ.

3. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư - Tầng 1 nhà A, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

- Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com

+ vttbytducgiang@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 05 tháng 3 năm 2026 đến trước 17h ngày 15 tháng 3 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục bảo dưỡng:

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về dịch vụ
1	Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng máy thở Puritan Bennett 840 - Hãng sản xuất: COVIDIEN-Mỹ - Nước sx: Ireland	Cái	06	Bao gồm - Thay cảm biến oxy - Thay ác quy dự phòng - Cân chuẩn van điều áp, Flow sensors, van thở ra, bộ chuyển đổi áp xuất khía quyển, sensors oxy - Kiểm tra EST, các báo động của máy, áp lực dây thở, ngõ ra - Kiểm tra độ chính xác của dòng Air, dòng

				oxy,thể tích,áp lực,Peep,Fio2
2	Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng máy thở Puritan Bennett 980 -Hãng sản xuất: COVIDIEN-Mỹ -Nước sx: Ireland	Cái	01	Bao gồm - Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần(Mã hàng: 10063033) -Thay cảm biến oxy -Cân chuẩn van điều áp,Flow sensors,van thở ra,bộ chuyển đổi áp xuất khía quyển,sensors oxy -Kiểm tra EST,các báo động của máy,áp lực dây thở,ngõ ra -Kiểm tra độ chính xác của dòng Air,dòng oxy,thể tích,áp lực,Peep,Fio2

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản tại Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 30 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện đầy đủ hợp đồng và hồ sơ hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có): Tương thích với thiết bị của bệnh viện. Bảo hành ≥ 6 tháng, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị. Giá báo đã bao gồm thuế, các loại phí.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.



GIÁM ĐỐC

Đỗ Đình Tùng

