

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy hấp nhiệt độ cao Weigao. Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.
 - Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá: Đ/c Vũ Cường - Phó Trưởng phòng VTTB - ĐT: 0914864168 hoặc số 024 38711751 để được hỗ trợ.
 - Cách thức nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư - Tầng 1 nhà A, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.
 - Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com
+ vtbbytducgiang@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 05 tháng 3 năm 2026 đến trước 17h ngày 15 tháng 3 năm 2026
- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục bảo dưỡng:

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về dịch vụ
1	Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa nồi hấp tiệt trùng hơi nước -Model: MSG.B(600L) -Hãng sản xuất: Weigao Medical International Co., Ltd -Số sê-ri: MS24060106	Gói	01	I. Chi tiết dịch vụ bảo trì: Bảo dưỡng tổng thể máy 02 lần /năm theo quy trình của nhà sản xuất đưa ra. -Kiểm tra hoạt động của máy: + Kiểm tra màn hình cảm ứng. + Kiểm tra hoạt động các Vavle đóng mở nước.

				+ Kiểm tra lại máy bơm chân không. + Kiểm tra lại máy bơm nước vào nồi đun + Xả nước cạn nồi đun. + Kiểm tra ron cửa và vệ sinh và tra mỡ cho cửa lồng hấp. + Kiểm tra truyền động xích của cửa, tra mỡ. + Vệ sinh lại lồng hấp (chamber). + Chạy cycle test hệ thống (Chu trình kiểm tra hệ thống). + Chạy Cycle hấp của bệnh viện kiểm tra đồ hấp. <i>-Đào tạo những kĩ thuật mới cho kĩ thuật viên (nếu có).</i> <i>-Cập nhật phần mềm mới miễn phí (nếu có)</i> <i>-Lập bản báo cáo về tình trạng hoạt động của các bộ phận chính. Lên kế hoạch sửa chữa hoặc thay thế.</i>
2	Gioăng cửa (Dùng cho Nồi hấp tiệt trùng hơi nước) -Model: MSG.B(600L) -Hãng sản xuất: Weigao Medical International Co., Ltd -Số sê-ri: MS24060106)	Cái	01	-Hàng mới 100% -Tương thích với thiết bị bệnh viện -Đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị
3	Kháng đốt (Dùng cho Nồi hấp tiệt trùng hơi nước) -Model: MSG.B(600L) -Hãng sản xuất: Weigao Medical International Co., Ltd -Số sê-ri: MS24060106)	Cái	01	-Hàng mới 100% -Tương thích với thiết bị bệnh viện -Đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản tại Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 30 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện đầy đủ hợp đồng và hồ sơ hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có): Tương thích với thiết bị của bệnh viện. Bảo hành ≥ 6 tháng, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị. Giá báo đã bao gồm thuế, các loại phí.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị. 

Trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.



GIÁM ĐỐC 

Đỗ Đình Tùng

