

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2554/BVĐKĐG-VTTB

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2026

V/v : Mời chào giá cung ứng chỉ khâu phẫu thuật

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp tục tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng thông số kỹ thuật và giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Chỉ khâu dùng trong phẫu thuật**.

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau :

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá : Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.
- Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá : Phòng Vật tư thiết bị y tế - ĐT 0243.8711751
- Báo giá (Theo mẫu phụ lục I) :

Báo giá được tiếp nhận theo hình thức sau :

- Báo giá trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mof.gov.vn> và đính kèm bản scan báo giá theo mẫu;
 - Nhận qua đồng thời cả 2 email : bvdkdg@hanoi.gov.vn , vtbtytducgiang@gmail.com. (gồm cả file scan đóng dấu và file mềm)
- Thời gian tiếp nhận báo giá : Từ 08 h ngày 23 tháng 09 năm 2026 đến trước 17h ngày 02 tháng 10 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
 - Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày kể từ ngày ngày 02 tháng 10 năm 2026).

II. Nội dung yêu cầu báo giá :

- Danh mục vật tư y tế (Kèm theo phụ lục I)
- Yêu cầu khác :
 - Báo giá
 - Ghi rõ tên người liên hệ và số điện thoại.
 - Gửi kèm báo giá bản excel file mềm với Nội dung:

Sheet 1 – Nội dung Phụ lục II

Sheet 2 – Nội dung Phụ lục III

- Đặt tên File theo cấu trúc: Tên Công ty cung cấp _ Báo giá Chi khâu

2.2 Các tài liệu tham chiếu

- Đề nghị Highlight các thông tin tham chiếu tương ứng trong bảng đáp ứng kỹ thuật.
- Tài liệu tham chiếu đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mof.gov.vn> và gửi file mềm gửi qua email vtbtyducgiang@gmail.com. Lưu thành từng file cho từng danh mục.

Ghi chú : *Bệnh viện khuyến khích các nhà cung cấp tham gia báo giá các hàng hóa có cùng hoặc tương đương về tính năng, công năng sử dụng; Cấu hình, thông số kỹ thuật có thể tương đương hoặc cao hơn so với cấu hình bệnh viện đề xuất.*

3. Địa điểm giao hàng : Bệnh viện Đa khoa Đức Giang- Số 54 phố Trường Lâm, P. Việt Hưng- TP Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến : Quý IV/2026

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng : Không tạm ứng; thanh toán theo từng đợt, sau khi thực hiện hợp đồng và đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn! ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB

GIÁM ĐỐC ✓



Đỗ Đình Tùng

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

STT	Danh mục vật tư	ĐVT	Số lượng	Cấu hình, thông số kỹ thuật
1	Chỉ tiêu Polyglycolic acid số 1	Sợi	2.500	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglycolic acid (PGA) số 1 dài ≥ 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, kim làm bằng hợp kim 300 series được phủ silicone. Chỉ được cấu tạo bởi 100% polyglycolic Acid (PGA), được phủ Polycaprolactone và calcium stearate. Chỉ duy trì được sức căng 65-84% sau 2 tuần, 23-25% sau 4 tuần và tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60 đến 90 ngày. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA.
2	Chỉ Polyglactin 910 số 2/0	Sợi	2.000	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglycolic acid số 2/0, chỉ dài ≥ 70 cm. Kim làm bằng hợp kim 300 series, kim tròn 1/2c, dài 26mm. Tiệt trùng. Chỉ được cấu tạo bởi 100% polyglycolic Acid (PGA), được phủ Polycaprolactone và calcium stearate. Chỉ mất sức căng và tự tiêu do hiện tượng thủy phân. Sau 14 ngày sức căng của chỉ còn 60-84% và sau 28 ngày sức căng còn 23-25%. Chỉ sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60 đến 90 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA, sản phẩm có Chứng nhận CE.

Tên công ty báo giá

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi :{ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá }

Trên cơ sở yêu cầu báo giá theo thư mời chào giá số ngày ...tháng.. năm.... của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau :

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình kỹ thuật báo giá	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Phân loại hàng hóa	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND- đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí (nếu có))	Thành tiền (VND- đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí (nếu có))	Giá trúng thầu gần nhất trong vòng 12 tháng (kèm số thông báo mời thầu IB – đánh giá xu hướng tăng hoặc giảm giá của hàng hóa)
Ghi STT theo Thư mời chào giá	Ghi Tên hàng hóa theo thư mời chào giá									
2										
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

BẢNG ĐÁP ỨNG VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA

Kính gửi :{ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá }

Trên cơ sở yêu cầu báo giá theo thư mời chào giá số ngày ...tháng.. năm.... của.... của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau :

STT	Danh mục thiết bị y tế	Cấu hình kỹ thuật bệnh viện yêu cầu	Cấu hình kỹ thuật công ty báo giá	Nội dung tham chiếu tại tài liệu gốc của sản phẩm (Catalogue/HDSĐ trang...)	Công ty tự đánh giá	Ghi rõ điểm không đáp ứng- Tương đương/ Tốt hơn (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
STT trên báo giá	Tên chính xác theo yêu cầu báo giá		Nhà cung cấp bồi vàng những phần khác biệt với cấu hình nhưng đánh giá là tương đương hoặc tốt hơn		Đáp ứng/ Không đáp ứng - Tương đương/ Tốt hơn	
2						

Ghi chú:

Nhà cung cấp mô tả thông số kỹ thuật của hàng hóa chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của bệnh viện yêu cầu hoặc có cấu hình tương đương. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà cung cấp có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu.

Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

- Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn
- Tương đương về chất lượng hình ảnh, độ chính xác màu sắc và góc nhìn.
- Tương đương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu.
- Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng
- Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra.
- Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo;
- Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất
- Các yếu tố tương đương khác (nếu có)

