

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Số : 2036 /BVĐKĐG-VTTB

V/v: Mời chào giá hiệu chuẩn các thiết bị phòng
xét nghiệm năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Hiệu chuẩn các thiết bị phòng xét nghiệm năm 2026 tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
2. Thông tin liên hệ số điện thoại 024 38711751 để được hỗ trợ.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư Bệnh viện - Tầng 1- Tòa A- BVĐK Đức Giang.
 - Nhận qua email: + bvdkgd@hanoi.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 h ngày 28 tháng 08 năm 2026 đến trước 17h ngày 06 tháng 09 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2026 (ngày kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này)

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. **Danh mục báo giá:** Theo phụ lục đính kèm

2. **Ghi chú:**

- Giá báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí...
 - Địa điểm thực hiện tại: Bệnh viện đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP. Hà Nội.
 - Các Công ty Báo giá gửi kèm Đăng ký kinh doanh, chứng nhận ISO 17025
- Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTB.



GIÁM ĐỐC

Đỗ Đình Tùng

PHỤ LỤC CÁC DANH MỤC THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN

(Kèm theo Thư mời chào giá số : 2036 /BVĐKĐG-VTTB ngày 27 tháng 8 năm 2026)

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Khoa sử dụng	Nội dung yêu cầu	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Máy ly tâm Kubota/ Sigma	Chiếc	2	Hoá sinh	Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
2	Máy ly tâm lạnh	Chiếc	1	Hoá sinh	Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay và nhiệt độ	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
3	Micropipet đơn kênh đa mức	Chiếc	6	Hoá sinh	Hiệu chuẩn dung tích	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
4	Tủ lạnh	Chiếc	6	Hoá sinh	Hiệu chuẩn nhiệt độ (2-8° độ C)	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
5	Tủ âm	Chiếc	1	Hoá sinh	Hiệu chuẩn nhiệt độ (-18 đến -25 độ C)	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
6	Phương tiện đo độ dẫn điện của Máy lọc nước RO 01	Chiếc	1	Hoá sinh	Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ dẫn điện	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
7	Phương tiện đo độ dẫn điện của Máy lọc nước RO 02	Chiếc	1	Hoá sinh	Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ dẫn điện	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
8	Máy lắc Vortex	Chiếc	1	Hoá sinh	Bảo dưỡng	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
9	Pipet thủy tinh Class B	Chiếc	1	Hoá sinh	Hiệu chuẩn dung tích 5ml	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
10	Máy ly tâm	Chiếc	4	HHTM	Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay, 1000RPM; 3000RPM; 4000RPM	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
11	Máy ủ Gelcard	Chiếc	1	HHTM	Hiệu chuẩn 37 độ	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
12	Tủ an toàn sinh học	Chiếc	1	HHTM	Thử nghiệm: - Tốc độ dòng khí - Rò rỉ HEPA - Hướng dòng khí - Hình thái dòng khí - Độ ồn - Độ rọi bề mặt làm việc	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Khoa sử dụng	Nội dung yêu cầu	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện
					- Cường độ ánh sáng tím		
13	Tủ ấm	Chiếc	1	HHTM	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại điểm 37 độ	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
14	Bể ổn nhiệt	Chiếc	1	HHTM	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại điểm 37 độ	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
15	Tủ lạnh/ Tủ bảo quản sinh phẩm/ Tủ lưu mẫu bệnh phẩm/ Tủ trữ hồng cầu/ Tủ trữ huyết tương	Chiếc	8	HHTM	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại các điểm 2 oC, 5 oC, 8 oC	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
16	Micropipet đơn kênh đa mức	Chiếc	5	HHTM	Hiệu chuẩn dung tích: 10µl; 50µl; 100µl và 100µl; 500µl; 1000µl	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
17	Pipet 0-2,5ml gắn bình	Chiếc	1	HHTM	Hiệu chuẩn dung tích (0.5mL; 1.5mL; 2.5 mL)	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
18	Pipet thủy tinh Class B	Chiếc	4	HHTM	Hiệu chuẩn dung tích (2ml; 5ml; 10ml)	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
19	Máy cấy máu và phát hiện vi khuẩn tự động Bact/Alert 3D 60	Chiếc	1	Vi sinh	Hiệu chuẩn nhiệt độ điểm 37 độ	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
20	Máy cấy máu và phát hiện vi khuẩn tự động Bact/Alert 3D	Chiếc	1	Vi sinh	Hiệu chuẩn nhiệt độ điểm 37 độ	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
21	Tủ an toàn sinh học cấp II	Chiếc	3	Vi sinh	Thử nghiệm: - Tốc độ dòng khí - Rò rỉ HEPA - Hướng dòng khí - Hình thái dòng khí - Độ ồn - Độ rơi bề mặt làm việc - Cường độ ánh sáng tím	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
22	Tủ ấm CO2/ Tủ ấm thường	Chiếc	2	Vi sinh	Hiệu chuẩn nhiệt độ điểm 37 độ	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Khoa sử dụng	Nội dung yêu cầu	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện
23	Micropipet đơn kênh đơn mức	Chiếc	2	Vi sinh	Hiệu chuẩn dung tích	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
24	Micropipet đơn kênh đa mức	Chiếc	3	Vi sinh	Hiệu chuẩn dung tích	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
25	Tủ âm sâu	Chiếc	2	Vi sinh	Hiệu chuẩn nhiệt độ (điểm -31 độ C)	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
26	Tủ lạnh/ Tủ bảo quản	Chiếc	7	Vi sinh	Hiệu chuẩn các điểm nhiệt độ: 2 độ C; 4 độ C; 6 độ C; 8 độ C)	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
27	Máy ly tâm	Chiếc	4	Vi sinh	Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
28	Máy ủ nhiệt khô	Chiếc	2	Vi sinh	Hiệu chuẩn nhiệt độ điểm 100 độ C	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
29	Máy Vortex mixer	Chiếc	2	Vi sinh	Bảo dưỡng	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
30	Máy ly tâm Spindow	Chiếc	2	Vi sinh	Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
31	Micropipet Đơn kênh đa mức	Chiếc	6	Vi sinh	Hiệu chuẩn dung tích	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
32	Tủ thao tác Mix mẫu	Chiếc	1	Vi sinh	Thử nghiệm: - Đo độ rơi - Đo cường độ đèn tím	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
34	Pipet chia độ 20-200 μ l (Đơn kênh đa mức)	Chiếc	2	Vi sinh	Hiệu chuẩn dung tích	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
37	Máy ly tâm tốc độ cao (hãng đặt máy)	Chiếc	1	Vi sinh	Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
38	Máy đo độ đục	Chiếc	1	Vi sinh	Hiệu chuẩn độ đục huyền dịch	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
39	Tủ sấy	Chiếc	1	Giải phẫu bệnh	Hiệu chuẩn nhiệt độ điểm 55 độ C; 70 độ C	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Khoa sử dụng	Nội dung yêu cầu	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện
40	Máy ly tâm/ Máy li tâm tế bào	Chiếc	2	Giải phẫu bệnh	Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
41	Tủ ấm	Chiếc	1	Giải phẫu bệnh	Hiệu chuẩn nhiệt độ (điểm 37 độ C; 62 độ C)	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
42	Tủ Lạnh/ Tủ lạnh lưu mẫu	Chiếc	2	Giải phẫu bệnh	Hiệu chuẩn nhiệt độ (2 độ C; 8 độ C)	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
43	Tủ hút khí độc	Chiếc	1	Giải phẫu bệnh	Thử nghiệm: - Hiệu suất lọc HEPA thải - Hướng dòng khí - Đo tốc độ gió hút vào tủ - Đo độ rọi - Đo cường độ đèn tím - Đo độ ồn	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
44	Bàn phẫu tích bệnh phẩm	Chiếc	1	Giải phẫu bệnh	Thử nghiệm: - Hiệu suất lọc HEPA thải - Hướng dòng khí - Đo tốc độ gió hút vào tủ - Đo độ rọi - Đo cường độ đèn tím - Đo độ ồn	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
45	Bàn dàn tiêu bản	Chiếc	1	Giải phẫu bệnh	Hiệu chuẩn nhiệt độ (điểm 45 độ C, 55 độ C)	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
46	Nhiệt kế đo nhiệt độ nước	Chiếc	1	Giải phẫu bệnh	Hiệu chuẩn nhiệt độ (điểm 90 độ C, 95 độ C)	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày
47	Micropipet đơn kênh đa mức	Chiếc	6	Giải phẫu bệnh	Hiệu chuẩn dung tích	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Khoa sử dụng	Nội dung yêu cầu	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện
48	Nồi áp suất điện/ Nồi hấp tiệt trùng	Chiếc	1	Giải phẫu bệnh	Thử nghiệm: + Thử nghiệm nhiệt độ, thời gian + Kiểm tra áp suất + Thử nghiệm chỉ thị sinh học (BI) và chỉ thị hóa học (CI)	Bệnh viện đa khoa Đức Giang	Trong vòng 30 ngày

H
A